

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taiapu
Prefeitura Municipal de Taiapu
Pregão Eletrônico - 24/2025

Resultado da Homologação

0003 - CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO (TURBINA) rotação mínima de 300.000 RPM, sistema de acionamento pneumático (ar comprimido), encaixe padrão universal tipo Borden (2 furos). Fixação da broca pelo sistema de trava tipo push button (botão de pressão), compatibilidade para brocas tipo FG. Corpo anatômico, fabricado em material resistente à corrosão, cabeça de tamanho convencional, autoclavável. Embalagem que assegure a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA/M.S. - ALTA ROTAÇÃO - Valor Referência: 594,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	197,00	985,00	Homologado em 06/11/2025 08:40:21 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0004 - KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO conjunto odontológico composto por 1 (um) micromotor de baixa rotação (1.000 a 20.000 rpm), com conexão padrão para contra-ângulo e peça reta, confeccionado em material metálico resistente à corrosão, autoclavável e com sistema de acoplamento rápido; 1 (um) contra-ângulo de 20.000 rpm (20 LP), autoclavável, confeccionado em corpo metálico de alta resistência, com cabeça reduzida, rotação reversível e compatível com brocas de baixa rotação tipo CA; e 1 (uma) peça reta de 10.000 rpm (10 LP), autoclavável, confeccionada em metal de alta resistência, com rotação reversível, compatível com brocas do tipo FG e CA, e com encaixe para micromotor de baixa - KIT ACADÊMICO - Valor Referência: 1.096,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	597,00	1.194,00	Homologado em 06/11/2025 08:40:21 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0005 - MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO corpo metálico resistente, sistema de conexão tipo universal Borden, conexão tipo Intra, compatível com contra-ângulo 20 LP e peça reta 10 LP; autoclavável a até 135°C; Rotação máxima de 20.000 rpm; pressão de trabalho entre 60 e 80 psi; peso líquido aproximado de 88g. Embalagem em caixa apropriada que assegure a integridade do produto durante o transporte e armazenamento, contendo externamente marca, lote, procedência de fabricação e número de série. Garantia mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. - MICRO MOTOR - Valor Referência: 810,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	199,00	995,00	Homologado em 06/11/2025 08:40:21 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0006 - MOTOR ELÉTRICO PARA USO EM PRÓTESE equipamento odontológico destinado ao uso em próteses com as especificações mínimas: * COMPOSIÇÃO: conjunto completo com no mínimo: 1 (um) micromotor elétrico, 1 (uma) caneta, 1 (um) suporte para caneta, 1 (uma) fonte controladora, 1 (um) cabo de energia e 1 (um) pedal de acionamento. * CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: tipo micromotor elétrico com comando de bancada, acionamento direto ou por pedal; sistema de encaixe universal Borden; peça de mão única, sem necessidade de substituição; rolamentos blindados, que proporcionem baixo nível de vibração e dispensem lubrificação; sem sistema de refrigeração; torque mínimo de 4,0 Ncm, assegurando potência e estábili - BELTEC LB 3000 - Valor Referência: 4.287,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.610,00	3.220,00	Homologado em 06/11/2025 08:40:21 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0007 - RAIOS-X DE PAREDE equipamento odontológico destinado à realização de exames radiográficos intraorais, com as características mínimas: estrutura confeccionada em aço tubular, com suporte em alumínio para fixação em parede, tratamento anticorrosivo e pintura na cor gelo; braços articuláveis com cabeçote rotativo de 300°, permitindo melhor posicionamento durante o uso; cabeçote microprocessado digitalmente, contendo colimador cilíndrico com 200mm de comprimento; painel de controle digital, equipado com fio espiral e disparador remoto com alcance de até 5 (cinco) metros; ampola com tensão de tubo de 70kV, corrente de 7mA, alimentação em 127V; sensor digital com cabo de 3 (três) metros, resoluç - PAREDE - Valor Referência: 9.977,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	8.021,52	8.021,52	Homologado em 06/11/2025 08:40:21 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI



SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

Autoridade Competente

